**Информация о результатах проверки**

12 февраля 2021 г.

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» провела проверку комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (КГХ) по вопросу законности и результативности использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку, установку и техническое обслуживание газоанализатора ДОАС-М1 (ул. Заводская, 11 мкр. Прибрежный). Контрольное мероприятие включено в план работы КСП на основании обращения жителей микрорайона «Прибрежный», направленного в Счетную палату Российской Федерации и переадресованного в КСП.

В ходе контрольного мероприятия проверено соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупки газоанализатора, а также при заключении договоров на его техническое обслуживание. Проверкой установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 24 указанного закона КГХ допущено искусственное дробление закупок - муниципальные контракты на техническое обслуживание Газоанализатора в 2019 году образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами. Также КГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств на оплату договоров по поверке газоанализатора при наличии действующего свидетельства о поверке.

По результатам проверок Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в январе 2020 года установлено, что монтаж Газоанализатора в 2015 году произведен на территории промышленной зоны, соответственно, показания Газоанализатора следует оценивать по гигиеническим нормативам, *установленным для воздуха рабочей зоны, а не для жилой застройки.* Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области отмечено, что информирование населения о качестве атмосферного воздуха возможно после решения вопроса о фиксировании газоанализатором фактических значений концентрации химических веществ на территории жилой застройки. Согласно информации, представленной КГХ в ходе проверки, установка газоаналитического оборудования на территории жилой застройки мкр. Прибрежный невозможна с точки зрения опасности для здоровья проживающих граждан. Также в целях обеспечения сохранности оборудования необходима его круглосуточная охрана.

Учитывая отсутствие возможности установки газоанализатора на территории жилой застройки в пос. Прибрежный, принято решение о передаче данного оборудования МП «Калининградтеплосеть». Газоанализатор планируется использовать для измерения концентраций загрязняющих газов (оксида и диоксида азота, диоксида серы, озона, формальдегида, аммиака, толуола, бензола) на открытых трассах в атмосферном воздухе в целях экологического мониторинга в различных отраслях промышленности при контроле загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами.

По результатам контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области информационное письмо о нарушениях законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, допущенных КГХ при заключении муниципальных контрактов на техническое обслуживание газоанализатора.